

Маткоподъемник для визуализации дугласова пространства при выполнении трансвагинальной лапароскопической операции содержит ручку 1, удлиненную держателем 2, который плавно переходит в дугообразную рабочую часть, которая завершена шариком 5 диаметром 3-4 мм. На расстоянии 35-45 мм от шарика установлен ограничитель 3 для предотвращения перфорации органа, который отделяет внутриматочный зонд 4.